

Ogłoszenie

Numer

2021-31859-82831

Id

82831

Powstaje w kontekście projektu

RPSW.07.01.00-26-0042/17 - Informatyzacja placówek medycznych woj. świętokrzyskiego

Tytuł

5. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Warunki zmiany umowy

zgodnie z zaproszeniem

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-07

1. umowa
2. oświadczenie
3. formularz
4. zapytanie

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-12-07

Data ostatniej zmiany

2021-12-07

Termin składania ofert

2021-12-15 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kazimierzy Wielkiej
Partyzancka 12
28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6621518794

Osoby do kontaktu

Justyna Starek starek
tel.: +48660283536
e-mail: biuro@kancelaria-zp.eu

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa detektora cyfrowego bezprzewodowego WiFi do
Aparatu

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. detektora cyfrowego bezprzewodowego WIFI do Aparatu RTG Moviplan IC.
2. Minimalne parametry techniczne detektora:
- a) dopasowany do tacek aparatu o wymiarach 43cmx43cm
 - b) wykonany w technologii Sci Premium
 - c) obszar aktywny: 42,5cmx42,5cm
 - d) waga detektora z baterią: ≤3,5 kg
 - e) scyntylator: Standard Csl
 - f) rozmiar piksela: ≤139 Micron
 - g) głębia bitowa(aktywizacja): minimum 16 bit A/D
 - h) dopuszczalne obciążenie dla pacjenta: minimum 150 kg
 - i) matryca pikseli: 3070x3070 piksele
 - j) współczynnik DQE : ≥68 %
 - k) okno ekspozycji: ≤5 sekund
 - l) 2 (dwa) odłączalne wymienne akumulatory detektora + ładowarka
 - m) klasa ochronności: minimum IP 68 (Odporność na płyny i pyłoszczelność, ochrona przed kapiącymi płynami, takie jak krew i płyny ustrojowe)
 - n) warstwa antybakteryjna zgodna z ISO 22196 lub równoważną
- Zamawiający informuje, iż posiada na wyposażeniu 1 detektor cyfrowy bezprzewodowy wykonany w technologii ScL Premium VAREX 4343W.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

33112100-9 Ultrasonograf do badania serca

Miejsca realizacji**adres****Kraj**

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

kazimierski

Gmina

Kazimierza Wielka

Miejscowość

Kazimierza Wielka

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

- 1) w przypadku ust. 1 pkt 1 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
- 2) w przypadku ust. 1 pkt 2 – oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

- a) Cena oferty (C) - 60 %
- b) Gwarancja (G) - 40 %

2. Zasady przyznawania punktów:

- a) Cena oferty (C) - liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-12-07 - data opublikowania

-> 2021-12-15 14:00:00 - termin składania ofert

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

5. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych...

-> **2021-12** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.